

PACE Modular Pressure Controller

PACE モジュール式圧力コントローラ/校正器

次世代高精度圧力コントローラ / 校正器 テストベンチ、机上およびラック・マウントでの圧力校正、自動圧力試験のアプリケーションに適しています。

モジュール化が多彩な使い方を実現、ライン停止時間を短縮、設備コストを低減

特長

- 選択可能なシャーシおよび交換式の制御モジュール
- シングル、デュアル、またはオート・レンジの制御モジュール構成
- 高速な圧力制御
- 21 MPa までのゲージ圧と絶対圧
- 最高精度 0.001%FS
- 最高長期安定性 0.0025%FS/年
- 大気圧基準（オプション）
- 当社独自のピエゾ抵抗式圧力センサおよびシリコン振動式圧力センサ技術を採用
- 6個の選択可能な圧力単位と4個のユーザ定義単位
- スイッチ試験、リーク試験、試験プログラム、バースト試験、アナログ出力および接点出力（オプション）
- 航空オプション
- 負圧校正（標準）
- 高解像度カラー・タッチ・パネル操作
- 直感的なアイコンタスク駆動メニュー構成
- RS232とIEEE 接続、イーサネットとUSBを標準装備



PACE モジュール式圧力コントローラ / 校正器

この新しいPACE空気圧モジュール式圧力コントローラ/校正器は、当社の最新制御と測定技術を採用しており、自動化生産現場、試験、校正における圧力制御において、洗練され、高速で、柔軟、かつ経済的なソリューションを提供いたします。

完全デジタル制御を採用し、制御安定性が高く、速いスループートを提供します。一方、デジタル補償方式の圧力センサは最新のピエゾ抵抗素子やシリコン振動素子を使用していますので品質、安定性、広い帯域、精度が得られます。

PACE 5000 シャーシ



- シングル・チャンネル圧力コントローラ/校正器シャーシ
- 使いやすいカラー・タッチ・パネル・ディスプレイ
- 机上またはラック・マウントの圧力コントローラ/校正器として、交換式PACE CM制御モジュールとともに使用可能
- 基本、プリセット&分割による直感的なタスク駆動メニュー（標準）
- オプションのタスクとしてスイッチ試験、リーク試験、バースト試験、試験プログラム、アナログ出力および接点出力を利用可能
- 多言語対応 – 特定の要件に適合する言語を容易に翻訳、ダウンロード可能
- RS232、IEEE接続、イーサネットおよびUSBを標準装備

PACE 6000 シャーシ



- デュアル・チャンネル圧力コントローラ/校正器シャーシ
- PACE CM制御モジュールを2台装備することにより、シングル、オート・レンジ、同時デュアルの各圧力制御モードで使用可能
- 航空オプションにより航空単位での完全な制御が可能
- モジュール圧力レンジ比の制限なし

PACE CM – 高速圧力制御モジュール

- PACEシャーシに容易に搭載できるロバストな交換式制御モジュール
- 校正データを制御モジュール内に保存（再校正時に送るのは制御モジュールのみ）
- 高速な圧力制御
- 幅広い圧力範囲の選択
- 標準、精度向上、プレミアムの高圧測定精度を選択可能
- 擬似ゲージ圧/絶対圧での表示と制御を可能にする大気圧基準を利用可能
- 航空バージョン



PACE 5000/6000 オプション

スイッチ試験

スイッチ試験は、圧カスイッチデバイスの試験を自動化します。試験後には、ディスプレイに接点が開いたときの圧力、閉じたときの圧力、スイッチのヒステリシスが表示されます。またスイッチ試験のタスクでは、数回の繰り返しを設定し、スイッチが作動する最大圧力値、最小圧力値、および平均圧力値を取得することが可能です。

リーク試験

リーク試験は、機器に接続された対象システムに圧力を加え、リークによる圧力変動を測定します。試験圧力と温度による圧力変化を除去する目的の待ち時間（dwell time）が設定できます。試験が完了すると、ディスプレイに開始圧力、終了圧力、圧力変化、リーク・レートが表示されます。

試験プログラム 試験プログラムは、機器自体で様々な試験手順を作成、保存、実行する能力を提供します。これは、迅速なプロトタイプ

ング、製造、ライフ・サイクル試験などの、手動入力を必要とする繰り返しの手順に役に立ちます。試験プログラムは、USBメモリを介してPCに転送して編集したのち、再び機器に戻すことができます。

アナログ出力 このオプションでは、設定メニュー画面でプログラミングすることにより、機器の圧力レンジに比例した信号を出力させること

ができます。これにより、PCや PLC/IOカード、リモート・ディスプレイ、チャート・レコーダその他のデータ・ロギング装置とのインタフェースが可能になります。

出力は、0～10V、0～5V、-5～5V、0/4～20mAより選択可能です。アナログ出力精度はホスト機器の動作温度範囲においてホスト機器の測定圧力範囲の0.05%FSで、アップデート・レートは1秒当たり最大80回です。圧力に比例した出力は下限圧力からフルスケール圧力の間でプログラミングできます。



接点出力

接点出力は、真空ポンプ、オープン等の周辺デバイスの制御を可能にします。接点出力オプションには3つの独立したNO/NCリレー・接点を備えます。リレーをトリガーしてその接点を切り替えるための条件を機器自体で設定することができます。

バースト試験

バースト試験は、主として圧力破裂板の試験用に開発されたPACEシリーズの機能です。バースト試験では圧力を制御しながら昇圧させ、デバイスが破裂またはバーストに至る点を正確に測定します。

航空オプション（PACE6000のみ。PACE CM2-A制御モジュールとともに使用）

「go to ground」機能により、校正済みエアスピードと高度の同時制御が可能です（PACE CM2-A制御モジュールとともに使用した場合）。

本格的な航空単位での表示と制御が可能です。

高度：ftまたはm

エアスピード：ノットまたは

km/h、mph マツハ：マツハ数 上昇

率：ft/分またはm/分、m/s

ご使用にあたっては国内計量法に従って、経済産業省への申請および届出が必要となります。



仕様

圧力測定	
CM0, CM1, CM2 ゲージ圧レンジ	2.5, 7, 20, 35, 70, 100, 200, 350, 700 kPa(g)、1, 2, 3.5, 7, 10, 13.5, 17.2, 21 MPa(g) (0.35, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 psi(g)) 全ての ゲージ仕様は、負圧校正が標準になっています。絶対圧は任意の100 kPa 以上のゲージ圧レンジに 大気圧 (オプション) を加えて算出します。
CM3絶対圧レンジ	200, 350 kPa(abs) (30, 50 psi(abs)) 過大圧
表示	圧力レンジのフルスケールの 110% を超えた場合
圧力媒体	アウトレット制御圧力の110%を超えた供給圧をご用意ください。乾燥、オイル・フリー、非腐食性ガスであり、乾燥空気あるいは窒素を推奨します。

ディスプレイ	
PACE5000	4.3" TFT カラー VGA、ワイド・フォーマット・ディスプレイ、タッチ・スクリーン
PACE6000	7" TFT カラー VGA、ワイド・フォーマット・ディスプレイ、タッチ・スクリーン
通信更新速度	毎秒 8 回
ディスプレイ更新速度	毎秒 2 回
表示	±9999999
圧力単位	国内計量法で認められている圧力単位を選択いただけます。また、ユーザ定義単位 (4個) の使用が可能です。

性能					
精度*	ゲージ圧レンジ**	CM0 標準精度	CM1 精度向上	CM2 プレミアム精度	CM3 基準精度
	35 kPa 以上	0.02%Rdg + 0.02%FS	0.01%Rdg + 0.01%FS	0.005%Rdg + 0.005%FS	/
	20 kPa	0.04%Rdg + 0.04%FS	0.02%Rdg + 0.02%FS	0.01%Rdg + 0.01%FS	
	7 kPa	0.1%Rdg + 0.1%FS	0.05%Rdg + 0.05%FS	0.025%Rdg + 0.025%FS	
	2.5 kPa	0.2%Rdg + 0.2%FS	0.1%Rdg + 0.1%FS	0.05%Rdg + 0.05%FS	
	絶対圧レンジ	CM0 標準精度	CM1 精度向上	CM2 プレミアム精度	CM3 基準精度
	200, 350 kPa				0.001%FS
* 精度には非直線性、ヒステリシス、繰返し性と温度影響が含まれています。					
** ゲージ圧使用については通常のゼロ点調整が行われていて、周囲温度が安定状態にあることを前提としています。					

制御安定性	CM0	CM1	CM2	CM3
	全レンジ : 0.005%FS	7 kPaレンジ以上 : 0.003%FS 2.5 kPaレンジ : 0.005%FS	20 kPaレンジ以上 : 0.001%FS 7 kPaレンジ : 0.003%FS 2.5 kPaレンジ : 0.005%FS	200, 350 kPaレンジ : 0.001%FS

大気圧基準センサ精度	CM0-B	CM1-B	CM2-B	CM3-B
	10 Pa	5 Pa	2.5 Pa	2 Pa
非直線性、ヒステリシス、繰返し性と15°C ~ 45°C 範囲の温度影響を含みます。				

長期安定性	CM0, CM1, CM2	CM3	CM0-B, CM1-B, CM2-B, CM2-A, CM3-B
長期安定性は校正後 1 年間の変動を表します。	200 kPa ゲージ圧 ~ 21 MPa ゲージ圧レンジ : 0.01% Rdg/year 100 kPa ゲージ圧レンジ : 0.02% Rdg/year 2.5 kPa ゲージ圧 ~ 70 kPa ゲージ圧レンジ : 0.03% Rdg/year ゲージ圧使用については通常のゼロ点調整が行われていることを前提としています。	200, 350 kPa レンジ : 0.0025% FS/year	5 Pa/year

負圧精度	負圧の最大誤差は同値の正圧力値での最大誤差と同じになります。
疑似絶対圧モード精度	ゲージ圧モード精度 + 大気圧基準センサ精度
疑似ゲージ圧モード精度	絶対圧モード精度 + 大気圧基準センサ精度
圧力媒体消費量	バント操作時を除き、全ての供給媒体は試験システムに供給されます。測定モードあるいは機器の電源が切れている時には消費しません。

航空用仕様 (CM2-A)

高度範囲	-3,000 ~ 55,000 ft、分解能: 1 ft
高度精度	海面: ± 2 ft、8,500 ft: ± 3 ft、35,000 ft: ± 9 ft
高度RVSM 確度	海面: ± 5 ft、29,000 ft: ± 25 ft、41,000 ft: ± 46 ft、35,000ft: ± 33 ft
エアスピード範囲	650 knots
エアスピード精度	50 knots: ± 1.00 knots、250 knots: ± 0.21 knots、500 knots: ± 0.11 knots

圧力範囲: -1/+1 bar (-15 to +15 psi) ゲージ圧、圧力精度 0.005% Rdg + 0.005% FS
精度には非直線性、ヒステリシス、繰返し性と温度影響が含まれています。仕様は通常のゼロ
点調整が行われていて、周囲温度が安定状態にあることを前提としています。ご使用にあたって
は国内計量法に従って、経済産業省への申請および届出が必要となります。)

1300 mbar の精度は 0.005% FS です。これには非直線性、ヒステリシス、繰返し性と 15°C (59°F) ~ 45°C (113°F) 範囲の温
度影響を含みます。

電気仕様

電源	AC 90 ~ 130 V @ 47 ~ 63 Hz、AC 180 ~ 260 V @ 47 ~ 63 Hz、 [ユニバーサル入力 (IEC320 C14 コネクタ)]
接点出力定格	DC 30 V、抵抗性 1 A/誘導性 200 mA

通信

通信	RS232、USB、IEEE-488、SCPI、エミュレーション (DPI520、DPI500、DPI510、DPI515 (モデルにより 異なります)) イーサネット (VXI-II および SCPI 使用ソケット)
----	--

環境

温度	動作温度: 10 ~ 50°C (50 ~ 122°F) 校正: 15 ~ 45°C (59 ~ 113°F) 保存: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
湿度	5 ~ 95% RH。結露なきこと
気密性	IP20 (EN60529)。室内での使用に限ります。
振動	Def. Stan. 66-31 8.4 Cat3 および MIL-T-28800E Cat2 に準拠
衝撃	機械的衝撃は EN61010 に準拠
規格への準拠	LVD EN61010、EMC EN61326、PED、CE マーク

物理仕様

PACE シャーシ重量	PACE5000: 5 kg PACE6000: 6.7 kg
PACE CM 重量	5 kg
PACE 5000 寸法	440 mm × 88 mm (2U) × 320 mm
PACE 6000 寸法	440 mm × 132 mm (3U) × 320 mm



ご注文の情報

以下の情報をご連絡ください。

1. PACE シャーシ

PACE5000 シングル・チャンネル・シャーシ

– 15000 シャーシ

PACE6000 デュアル・チャンネル・シャーシ

– 16000 シャーシ

2. PACE シャーシ – オプション

オプション機能は以下のとおりです。

- スイッチ試験：圧力スイッチの自動 & 高精度校正
- リーク試験：毎分または毎秒のリークレートの自動測定
- 試験プログラム：多数の試験プログラムの書き込み & 保存
- バースト試験：圧力破裂点の試験
- アナログ出力：旧式の自動検査装置アプリケーションとの統合
- 無電圧接点：周辺デバイスの自動トリガー
- 航空（PACE6000のみ）：航空計器の試験と校正

3. PACE シャーシ – 電源用プラグ

このリストから1つお選びください。

MAINS LEAD IEC-UK PLUG

MAINS LEAD IEC-JAPAN PLUG

MAINS LEAD IEC-EU PLUG

MAINS LEAD IEC-USA PLUG

MAINS LEAD IEC-SOUTH AFRICA/INDIA PLUG

MAINS LEAD IEC-CHINA PLUG

MAINS LEAD IEC-Australia/New Zealand PLUG

使用地域

機器のセットアップのために、ご使用の地域をご連絡ください

。ヨーロッパ

パ 北米

日本 ア

ジア

その他の地域

4. PACE 制御モジュール – 精度

PACE CM0 = 標準精度

PACE CM1 = 精度向上

PACE CM2 = プレミアム精度

PACE CM3 = 基準精度

5. PACE 制御モジュール

ゲージ圧レンジ（CM0, CM1, CM2）

圧力レンジコード*	Pa	bar	psi
01G	7.0 kPa g	70 mbar g	1 psi g
02G	20.0 kPa g	200 mbar g	3 psi g
03G	35.0 kPa g	350 mbar g	5 psi g
04G	70.0 kPa g	700 mbar g	10 psi g
05G	100.0 kPa g	1 bar g	15 psi g
07G	200.0 kPa g	2 bar g	30 psi g
08G	350.0 kPa g	3.5 bar g	50 psi g
10G	700.0 kPa g	7 bar g	100 psi g
11G	1.0 MPa g	10 bar g	150 psi g
13G	2.0 MPa g	20 bar g	300 psi g
14G	3.5 MPa g	35 bar g	500 psi g
16G	7.0 MPa g	70 bar g	1000 psi g
165G	10.0 MPa g	100 bar g	1500 psi g
17G	13.5 MPa g	135 bar g	2000 psi g
175G	17.2 MPa g	172 bar g	2500 psi g
18G	21.0 MPa g	210 bar g	3000 psi g

絶対圧レンジ（CM3）

圧力レンジコード*	Pa	bar	psi
07A	200.0 kPa a	2 bar a	30 psi a
08A	350.0 kPa a	3.5 bar a	50 psi a

* 見積書及び発注書に記載されている圧力制御モジュールの型番例：
2MPa g 標準精度の時の型番はCM0-13Gとなります。200kPa g プレミアム精度、大気圧センサ付の時の型番はCM2-B-07Gとなります。

6. PACE 制御モジュール – 大気圧オプション

CM0, CM1, CM3の場合ゲージ圧に加え、絶対圧が使用可能になります。絶対圧モードでは、ゲージ圧レンジに大気圧を加えます。100 kPa 未満のレンジはこのオプションが選択できません。

PACE CM0-B = 標準精度

PACE CM1-B = 精度向上

PACE CM2-B = プレミアム精度

CM3の場合絶対圧に加え、ゲージ圧が使用可能になります。

ゲージ圧モードでは、絶対圧レンジから大気圧を引きます。

PACE CM3-B = 基準精度

7. PACE 制御モジュール – PACE6000 航空オプション

PACE CM2-A = -3000 ~ +55,000 ft (高度)

PACE CM2-A = 650 ノットまで (真のマッハ数による対気速度)

8. アクセサリ

部品番号	説明
IO-ADAPT-G1/4	アダプタ G 1/8 オスを G 1/4 メスへ
IO-ADAPT-1/8NPT	アダプタ G 1/8 オスを 1/8 NPT メスへ
IO-ADAPT-1/4NPT	アダプタ G 1/8 オスを 1/4 NPT メスへ
IO-ADAPT-7/16UNF	アダプタ G 1/8 オスを 7/16-20 UNF メスへ
IO-ADAPT-AN4	アダプタ G 1/8 オスを AN4 37 Deg オスへ
IO-ADAPT-AN6	アダプタ G 1/8 オスを AN6 37 Deg オスへ
IO-ADAPT-BARB	アダプタ G 1/8 オスを内径 1/4 の管へ
IO-ADAPTOR-KIT	上記アダプタ各 1 個入り
IO-DIFF-KIT-LP	低圧レンジ用差圧接続キット 測定中に発生する温度変化および周囲圧力変化による影響を軽減します。
IO-NEG-G-GEN-1	ベンチュリ負圧発生器 僅かな負圧 (ベンチュリ効果) を発生し、真空ポンプの必要なしでゼロゲージ圧付近での制御を可能にします。
IO-VAC-SYS	真空システム・チェック・バルブ・キット 真空ポンプをバイパスして Supply - ポートを大気開放し、任意の正圧からの減圧方向の制御性能を改善します。
IO-SNUBBER-1	スナバ・リファレンス・ポート センサのリファレンス・ポートに空気圧の時定数を与え、周囲の風の影響を減衰させます。
IO-DIFFUSER-1	ガス排気ガス・ディフューザ ベントまたは -ve 供給ポートに取り付け、排気ガスを拡散します。
IO-RMK-P6000	PACE6000 用 19" ラック・マウント・キット
IO-RMK-P5000	PACE5000 用 19" ラック・マウント・キット
IO-FILTER-KIT	フィルター・キット 制御モジュール圧力ポート用フィルター 5 個入り
IO-IML-2	MAINS LEAD-JAPAN PLUG
IO-IML-3	MAINS LEAD-EU PLUG
IO-IML-4	MAINS LEAD-USA PLUG
IO-IML-5	MAINS LEAD-SOUTH AFRICA/INDIA PLUG
IO-IML-6	MAINS LEAD-CHINA PLUG
IO-IML-7	MAINS LEAD-AUS/NZ PLUG



PACE 5000



GE センシング & インспекション・テクノロジーズ株式会社

本 社 〒 104-6023 東京都中央区晴海 1-8-10
事 業 本 部 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー X 23F
Tel: 03-6890-4538 Fax: 03-6890-4539
月島テクニカルセンター 〒 104-0052 東京都中央区月島 4-16-13
Tel: 03-3531-8711 Fax: 03-3531-8721
刈 羽 L S セ ン タ ー 〒 945-0395 新潟県刈羽郡刈羽村大字十日市 800
Tel: 0257-45-5509 Fax: 0257-45-5519
大 阪 支 社 〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2
Tel: 06-6260-3618 Fax: 06-6260-3616
名 古 屋 支 社 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-13-26
Tel: 052-857-0104 Fax: 052-857-0108

www.geoilandgas.co.jp/ms

Copyright 2019 Baker Hughes Company.本書には、1 カ国以上の Baker Hughes Company およびその関連会社の複数の登録商標が含まれています。本書で言及するその他の企業名および製品名はそれぞれの所有者の商標です。*は1カ国以上の Baker Hughes Company の登録商標です。全ての仕様および外観、本書の記載内容は予告なしに変更されることがあります。本書は英語文の参考翻訳文であり、常に英語版が優先されます。

920-561E_JA-H_201911