

検査成績書

総数 1 頁の 1 頁

成績書番号 : Q123456

受注番号 : 12345678

顧客名 ○○○○○株式会社

品名 デジタル圧力計
型式/識別番号 DG-123KH / 1234
製造者名 ○○○○○株式会社
判定 合格
調整 無調整
特記事項 無し

1. 精度検査 単位 : kPa

1-1 GAUGE PRESSURE 圧力レンジ 0~-100 許容値 $\pm(0.025\%FS)$

設定圧力	印加圧力	表示値	誤差	許容値	判定
0.00	0.00	0.00	0.00	± 0.05	合格
40.00	40.00	40.01	0.01	± 0.05	合格
80.00	80.00	80.01	0.01	± 0.05	合格
120.00	120.00	120.01	0.01	± 0.05	合格
160.00	160.00	160.01	0.01	± 0.05	合格
200.00	200.00	200.02	0.02	± 0.05	合格
160.00	160.00	160.02	0.02	± 0.05	合格
120.00	120.00	120.02	0.02	± 0.05	合格
80.00	80.00	80.01	0.01	± 0.05	合格
40.00	40.00	40.01	0.01	± 0.05	合格
0.00	0.00	0.00	0.00	± 0.05	合格

1-2 NEGATIVE PRESSURE 圧力レンジ 0~-100 許容値 $\pm(0.025\%FS)$

設定圧力	印加圧力	表示値	誤差	許容値	判定
0.00	0.00	0.00	0.00	± 0.05	合格
-20.00	-20.00	-20.00	0.00	± 0.05	合格
-40.00	-40.00	-40.00	0.00	± 0.05	合格
-60.00	-60.00	-60.00	0.00	± 0.05	合格
-80.00	-80.00	-80.00	0.00	± 0.05	合格
-95.00	-95.00	-95.00	0.00	± 0.05	合格
-80.00	-80.00	-80.00	0.00	± 0.05	合格
-60.00	-60.00	-60.00	0.00	± 0.05	合格
-40.00	-40.00	-40.00	0.00	± 0.05	合格
-20.00	-20.00	-20.00	0.00	± 0.05	合格
0.00	0.00	0.00	0.00	± 0.05	合格

備考

測定圧力は、気体ゲージ圧力であり、窒素を圧力媒体とした。

環境条件 室温 : 23.0 °C 相対湿度 : 50 % 大気圧 : 1000 hPa

使用した圧力標準器

重錘形圧力天びん : 型式 2468-712 (識別番号 41798)

検査者 ○○ ○○

校正日 YYYY/MM/DD

発行責任者

品質保証部

校正課長 ○○ ○○

